

Số: 374/YCBG-TTYT

Mường Ảng, ngày 22 tháng 4 năm 2026

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam

Căn cứ tình hình thực tế của đơn vị, nhằm đảm bảo việc trang thiết bị y tế hoạt động tốt để phục vụ công tác khám, chữa bệnh không bị gián đoạn. Trung tâm Y tế Mường Ảng có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm hệ thống nội soi dạ dày phục vụ công tác chuyên môn năm 2026, cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế Mường Ảng.

Địa chỉ: Tổ dân phố 3, xã Mường Ảng, tỉnh Điện Biên.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá

- Ông: Nguyễn Quang Tuấn

- Chức vụ: Viên chức - Khoa Dược - TTB - VTYT.

- Số điện thoại: 0335.506.070

- Gmail: khoaduocttbvtytma@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá

- Báo giá bằng văn bản, có đóng dấu của công ty, đơn vị và các tài liệu liên quan khác (nếu có).

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Khoa Dược - TTB – VTYT, Trung tâm Y tế Mường Ảng, Tổ dân phố 3, xã Mường Ảng, tỉnh Điện Biên.

- Nhận qua Email: khoaduocttbvtytma@gmail.com (file scan báo giá)

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 14h00 ngày 22 tháng 4 năm 2026 đến trước 17h00 phút ngày 04 tháng 5 năm 2026

- Báo giá gửi về kèm theo chi tiết cấu hình kỹ thuật của thiết bị

- Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày phát hành.

II. Nội dung yêu cầu báo giá

Danh mục các dịch vụ yêu cầu báo giá:

TT	Danh mục dịch vụ	Mô tả dịch vụ/thông số kỹ thuật	Khối lượng	Đơn vị tính	Địa điểm thực hiện dịch vụ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Hệ thống nội soi dạ dày	<p>A. Yêu cầu chung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thiết bị mới 100%, được sản xuất từ năm 2025 trở về sau <p>B. Yêu cầu cấu hình:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bộ xử lý hình ảnh: ≥ 01 bộ - Nguồn sáng: ≥ 01 cái - Dây soi dạ dày: ≥ 01 cái - Xe đẩy: ≥ 01 cái - Bộ phụ kiện tiêu chuẩn: ≥ 01 bộ - Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt: ≥ 01 bộ <p>C. Chỉ tiêu kỹ thuật:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Bộ xử lý hình ảnh trung tâm - Bộ xử lý cho chất lượng hình ảnh độ phân giải $\geq (1920 \times 1080)$ - Chuẩn tín hiệu ngõ ra hình ảnh HD: DVI, VGA, SDI - 4 cổng truyền dữ liệu USB 3.0 * Nguồn sáng - Nguồn sáng chính LED $\geq 50W$, CCT 5000K - 7000K, CRI ≥ 90 - Tuổi thọ nguồn sáng lên đến 50.000 giờ - Nguồn sáng dự phòng LED $\geq 14W$ * Dây soi dạ dày - Dây soi sử dụng cảm biến hình ảnh CMOS, độ phân giải cao - Góc quan sát rộng: 140° - Đường kính đầu cuối ống 	01	Hệ thống	Trung tâm Y tế Mường Ảng

		<p>soi và thân ống soi: $\geq \Phi 9,3\text{mm}$</p> <ul style="list-style-type: none"> - Góc điều khiển hướng: $\geq 210^\circ$ lên/ $\geq 90^\circ$ xuống - Góc điều khiển hướng: $\geq 100^\circ$ trái/ $\geq 100^\circ$ phải <p><u>D. Yêu cầu khác:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Hướng dẫn nhân sự: về lắp đặt, chạy thử, vận hành, bảo dưỡng thiết bị đến khi thành thạo. - Khi có sự cố xảy ra nhân viên kỹ thuật sẽ có mặt trong vòng 48 giờ để giải quyết. - Cam kết cung cấp vật tư tiêu hao, phụ tùng thay thế chính hãng trong vòng 10 năm. - Cung cấp tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh và tiếng Việt. - Có kế hoạch bảo dưỡng định kỳ trong thời gian bảo hành theo quy định của nhà sản xuất. - Bảo hành: ≥ 12 tháng 			
--	--	---	--	--	--

Kính đề nghị các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam quan tâm gửi hồ sơ báo giá về Trung tâm Y tế Mường Ảng theo địa chỉ trên.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Đăng tải trên Website TTYT;
- Lưu: VT, KD;

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Ngọc Tân