

Số: 225/YCBG-TTYT

Mường Ảng, ngày 23 tháng 4 năm 2025

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam

Căn cứ tình hình thực tế của đơn vị, nhằm đảm bảo phục vụ tốt công tác khám, chữa bệnh không bị gián đoạn. Trung tâm Y tế huyện Mường Ảng có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Mua sắm trang thiết bị y tế Quý II năm 2025, cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế huyện Mường Ảng.

Địa chỉ: Tổ dân phố 3, thị trấn Mường Ảng, huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá

- Ông: Nguyễn Quang Tuấn

- Chức vụ: Viên chức - Khoa Dược - TTB - VTYT.

- Số điện thoại: 0335.506.070

- Gmail: khoaduocttbvtytma@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá

- Báo giá bằng văn bản, có đóng dấu của công ty, đơn vị và các tài liệu liên quan khác (nếu có).

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Khoa Dược - TTB – VTYT, Trung tâm Y tế huyện Mường Ảng, tổ dân phố 3, thị trấn Mường Ảng, huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên.

- Nhận qua Email: khoaduocttbvtytma@gmail.com (file scan báo giá)

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 8h00 ngày 24 tháng 5 năm 2025 đến trước 17h00 phút ngày 05 tháng 5 năm 2025

- Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày phát hành.

II. Nội dung yêu cầu báo giá

Danh mục các dịch vụ yêu cầu báo giá:

TT	Tên thiết bị	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật	Số lượng	Đơn vị tính	Địa điểm thực hiện dịch vụ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Máy hút dịch 2 bình	<p>Thông số kỹ thuật</p> <ul style="list-style-type: none"> - Điện áp đầu vào : AC200V $\pm 22V$ - Tần số đầu vào: 50Hz± 1Hz - Tiêu thụ điện năng trung bình : 120VA Giá trị áp suất sâu tối đa:≥ 0.09 Mpa - Lưu lượng hút: 30 lít - Thời gian hoạt động liên tục: ≥ 30 phút - Thời gian nghỉ:≤ 30 phút - Độ ồn : ≤ 70 db(A) - Dung tích bình chứa: 2 bình thủy tinh 2500ml - Kích thước: 46.5x41.5x64.5cm <p>Cấu hình gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Máy hút dịch - Dây hút dịch - 2 bình đựng dịch - Cầu trị, bàn đạp điều khiển bằng chân <p>Tính năng nổi bật:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bơm piston không dầu hạng nặng - Công nghệ chống tràn, tốc độ bơm lớn - Độ ồn thấp - 2 bình đựng 2.5 lít có thể rửa và khử trùng - Có bánh xe đa năng 	01	Chiếc	Trung tâm Y tế huyện Mường Ảng
2	Máy nội nha	<p>Thông số kỹ thuật</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tốc độ quay: 150–500 vòng/phút (rpm), điều chỉnh theo bước 50 rpm - Mô-men xoắn (Torque): 0.5–4.0 N·cm, có khả năng hiệu chỉnh tự động - Chế độ vận hành: 10 chế độ cài đặt sẵn, hỗ trợ 3 kiểu chuyển động: tiến, lùi và quay lắc (reciprocating) - Nguồn điện đầu vào: AC 100–240V, 50–60Hz - Công suất tiêu thụ: 25W - Màn hình hiển thị: LCD màu 	01	Chiếc	Trung tâm Y tế huyện Mường Ảng

		<p>4.5 inch, hiển thị thông số rõ ràng</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tay khoan: Không dây, có thể xoay 360°, tháo rời và vô trùng ở 134°C - Kích thước máy: 25 × 20 × 15 cm - Trọng lượng: 2.5–3.2 kg (tùy theo phiên bản và đóng gói) - Áp lực nước: 0.01–0.5 MPa 			
3	Máy quang trùng hợp (Đèn Led B)	<p>Thông số kỹ thuật:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Đầu vào bộ sạc : 110V-240VAC / 50-60Hz - Đầu ra bộ sạc: DC4.2V/1000Ma - Điện áp pin lithium: DC 4.2V - Dung lượng pin lithium: 2200mAh - Bước sóng quang đầu ra : 420-480nm - Cường độ ánh sáng đầu ra: 1.200-1.500 mw/cm² - Pin: 3.7V - Kích thước: 240x170x103mm <p>Tính năng :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Có thể điều chỉnh giờ làm việc , thời gian làm việc - Sạc có đèn báo - Hiện thời gian làm việc - Cảnh báo 5 giây một lần 	Chiếc	01	Trung tâm Y tế huyện Mường Ảng
4	Máy điện tim 3 cần	<p>I. Thông số kỹ thuật chính:</p> <p>1. Tính năng chung</p> <p>EKG đầu vào:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mạch vào: bảo vệ để tránh sốc điện tim - Độ nhạy: 10 mm/mV ±2% - Điện trở đầu vào: ≥ 50 MΩ - Hệ số lọc nhiễu: > 105 dB - Điện áp bù: ±550 mV - Tần số đáp ứng: 0.05 Hz đến 150 Hz (+0.4/-3 dB) - Nhiễu trong: ≤ 20 μVp-v - Tỷ lệ lấy mẫu: 8.000 mẫu/giây <p>2. Xử lý tín hiệu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tỷ lệ lấy mẫu: 500 mẫu/giây - Bộ lọc nhiễu xoay chiều: 50/60 Hz - Hằng số thời gian: ≥3.2s - Bộ lọc cao tần: 75, 100, 150 Hz - Bộ lọc nhiễu điện cơ: 25/ 35 	02	Chiếc	Trung tâm Y tế huyện Mường Ảng

		<p>Hz</p> <ul style="list-style-type: none"> - Đáp ứng tín hiệu: 20 μVp-v - Bộ lọc chống trôi: yếu 0.1 Hz (-20dB); mạnh 0.1 Hz (-34dB) - Độ nhạy: 5, 10, 20mm/mV - Phát hiện tạo nhịp: có - Bộ chuyển đổi A/D: 32 bit <p>3. Hiển thị:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Màn hình màu tinh thể lỏng - Kích thước: 5 inch - Độ phân giải: 800 x 480 điểm - Hiển thị dữ liệu: dạng sóng, thông tin bệnh nhân, cài đặt chế độ ghi, chế độ hoạt động, nhịp tim, phức hợp QRS, thông báo lỗi, tiếp xúc điện cực và độ nhiễu. <p>4. Ghi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mật độ in: 200 dpi (8dot/mm) - Số kênh: 1, 1 + nhịp, 3 - Tốc độ giấy: 25, 50 mm/giây - Dữ liệu ghi: Dạng sóng ECG, nhịp tim, tên đạo trình, phiên bản, ngày và giờ, loại chương trình, tốc độ giấy, độ nhạy, bộ lọc, thông tin bệnh nhân (số ID, giới tính, tuổi), đánh dấu sự kiện, tuột điện cực và độ nhiễu. <p>5. Phân tích điện tim:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Áp dụng cho bệnh nhân: từ trẻ sơ sinh đến người lớn - Mục phân tích kết quả: 5 - Mục tìm ra kết quả điện tim: khoảng 200 <p>7. Nguồn điện, AC và DC:</p> <ul style="list-style-type: none"> - AC: 220 V 50 Hz - DC: Thời gian sử dụng ắc quy + hơn 180 phút (ghi mỗi lần 3 phút, với pin mới ở 25°C) + khoảng 60 phút (ghi liên tục với pin mới, ở 25°C) <p>II. Cấu hình</p> <ul style="list-style-type: none"> - Máy chính kèm phụ kiện chuẩn: 01 bộ - Cáp điện tim: 01 chiếc - Dây nguồn: 01 chiếc - Điện cực trước ngực: 06 cái - Điện cực chi: 04 chiếc - Pin: 01 chiếc - Giấy in: 01 cuộn - Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ 		
--	--	---	--	--

Kính đề nghị các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam quan tâm gửi hồ sơ báo giá về Trung tâm Y tế huyện Mường Ảng theo địa chỉ trên.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Đăng tải trên Website TTYT;
- Lưu: VT, KD;

GIÁM ĐỐC

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Nguyễn Ngọc Tân', written over a horizontal line.

Nguyễn Ngọc Tân